

多项免疫校准品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
MMS9S11	1mL×1	10105B11	2021.09.06

【使用说明】

液体校准品，可直接使用，使用完旋紧瓶盖并及时置于2-8℃避光保存，不可冷冻。
详见说明书中的校准程序。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		定值	不确定度	定值	不确定度	定值	不确定度	
IgA	免疫球蛋白 A (免疫比浊法)	994	46	994	41	994	44	mg/dL
IgG	免疫球蛋白 G (免疫比浊法)	4806	170	4806	229	4777	226	mg/dL
IgM	免疫球蛋白 M (免疫比浊法)	304	16	304	16	304	14	mg/dL
C3	补体 C3 (免疫比浊法)	603	29	603	29	603	29	mg/dL
C4	补体 C4 (免疫比浊法)	111.8	6.5	111.8	6.5	111.8	6.0	mg/dL