

多项免疫质控品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
MMQ9Q1H	1mL×1	01215B21	2021.09.06

【使用说明】

液体质控品，可直接使用，使用完旋紧瓶盖并及时置于2-8℃避光保存，不可冷冻，建议4周内使用。具体操作详见说明书。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
IgA	免疫球蛋白 A (免疫比浊法)	409	327-491	409	327-491	406	325-487	mg/dL
IgG	免疫球蛋白 G (免疫比浊法)	1896	1517-2275	1953	1562-2344	1850	1480-2220	mg/dL
IgM	免疫球蛋白 M (免疫比浊法)	127	102-152	125	100-150	124	99-149	mg/dL
C3	补体 C3 (免疫比浊法)	271	217-325	268	214-322	268	214-322	mg/dL
C4	补体 C4 (免疫比浊法)	26.9	21.5-32.3	25.8	20.6-31.0	25.7	20.6-30.8	mg/dL