

多项免疫质控品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
MMQ9Q1M	1mL×1	01215B11	2021.09.06

【使用说明】

液体质控品，可直接使用，使用完旋紧瓶盖并及时置于2-8℃避光保存，不可冷冻，建议4周内使用。
具体操作详见说明书。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
IgA	免疫球蛋白 A (免疫比浊法)	204	163-245	205	164-246	203	162-244	mg/dL
IgG	免疫球蛋白 G (免疫比浊法)	983	786-1180	999	799-1199	1001	801-1201	mg/dL
IgM	免疫球蛋白 M (免疫比浊法)	68	54-82	67	54-80	67	54-80	mg/dL
C3	补体 C3 (免疫比浊法)	164	131-197	163	130-196	161	129-193	mg/dL
C4	补体 C4 (免疫比浊法)	11.9	9.5-14.3	11.6	9.3-13.9	11.7	9.4-14.0	mg/dL