

多项脂类质控品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
MLQ9Q1H	1mL×1	10118C22	2022.10.11

【使用说明】

冻干质控品，用1mL去离子水复溶，室温静置1小时使其完全溶解，用后可分装并及时置于-20℃避光保存。
具体操作详见说明书。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
Apo AII	载脂蛋白 AII (免疫比浊法)	48.2	38.6-57.8	51.5	41.2-61.8	50.5	40.4-60.6	mg/dL
Apo CII	载脂蛋白 CII (免疫比浊法)	2.77	2.22-3.32	3.08	2.46-3.70	3.12	2.50-3.74	mg/dL
Apo CIII	载脂蛋白 CIII (免疫比浊法)	7.01	5.61-8.41	7.69	6.15-9.23	7.53	6.02-9.04	mg/dL
Apo E	载脂蛋白 E (免疫比浊法)	3.10	2.48-3.72	3.18	2.54-3.82	3.25	2.60-3.90	mg/dL
ApoA1	载脂蛋白 A1 (免疫比浊法)	2.16	1.73-2.59	2.36	1.89-2.83	2.27	1.82-2.72	g/L
ApoB	载脂蛋白 B (免疫比浊法)	1.47	1.18-1.76	1.42	1.14-1.70	1.42	1.14-1.70	g/L
LDL-CHO	低密度脂蛋白胆固醇 (直接法-表面活性剂清除法)	4.44	3.55-5.33	4.43	3.54-5.32	4.56	3.65-5.47	mmol/L
HDL-CHO	高密度脂蛋白胆固醇 (直接法-过氧化氢酶清除法)	1.54	1.23-1.85	1.47	1.18-1.76	1.56	1.25-1.87	mmol/L
Lp(a)	脂蛋白(a) (胶乳免疫比浊法)	233	186-280	238	190-286	252	202-302	mg/L