

## 风湿三项质控品定值单

## 【产品信息】

| 货号      | 规格    | 批号       | 效期         |
|---------|-------|----------|------------|
| FSQ9Q1H | 1mL×1 | 10201D21 | 2021.09.15 |

## 【使用说明】

液体质控品，可直接使用，使用完旋紧瓶盖并及时置于2-8℃避光保存，不可冷冻。  
具体操作详见说明书。

## 【参考定值】

| 项目简称 | 项目名称<br>(方法与原理)        | 日立系列 |           | 贝克曼AU系列 |           | 佳能(原东芝)系列 |           | 单位   |
|------|------------------------|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
|      |                        | 靶值   | 范围        | 靶值      | 范围        | 靶值        | 范围        |      |
| ASO  | 抗链球菌溶血素 O<br>(胶乳免疫比浊法) | 298  | 238-358   | 300     | 240-360   | 297       | 238-356   | U/mL |
| RF   | 类风湿因子<br>(胶乳免疫比浊法)     | 49.4 | 39.5-59.3 | 50.1    | 40.1-60.1 | 49.3      | 39.4-59.2 | U/mL |
| CRP  | C 反应蛋白<br>(胶乳免疫比浊法)    | 25.2 | 20.2-30.2 | 24.9    | 19.9-29.9 | 25.2      | 20.2-30.2 | mg/L |