

风湿三项质控品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
FSQ9Q1H	1mL×1	10416D22	2021.09.15

【使用说明】

液体质控品，可直接使用，使用完旋紧瓶盖并及时置于2-8℃避光保存，不可冷冻。
具体操作详见说明书。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
ASO	抗链球菌溶血素 O (胶乳免疫比浊法)	283	226-340	285	228-342	282	226-338	U/mL
RF	类风湿因子 (胶乳免疫比浊法)	44.5	35.6-53.4	45.1	36.1-54.1	44.4	35.5-53.3	U/mL
CRP	C 反应蛋白 (胶乳免疫比浊法)	25.2	20.2-30.2	24.9	19.9-29.9	25.2	20.2-30.2	mg/L