

风湿三项质控品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
FSQ9Q1H	1mL×1	10421A21	2022.03.30

【使用说明】

液体质控品，可直接使用，使用完旋紧瓶盖并及时置于2-8℃避光保存，不可冷冻。
具体操作详见说明书。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
ASO	抗链球菌溶血素 O (胶乳免疫比浊法)	276	221-331	279	223-335	279	223-335	U/mL
RF	类风湿因子 (胶乳免疫比浊法)	50.0	40.0-60.0	49.9	39.9-59.9	49.4	39.5-59.3	U/mL
CRP	C 反应蛋白 (胶乳免疫比浊法)	25.4	20.3-30.5	25.1	20.1-30.1	25.3	20.2-30.4	mg/L