

风湿三项质控品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
FSQ9Q1M	1mL×1	10201D11	2021.09.15

【使用说明】

液体质控品，可直接使用，使用完旋紧瓶盖并及时置于2-8℃避光保存，不可冷冻。
具体操作详见说明书。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
ASO	抗链球菌溶血素 O (胶乳免疫比浊法)	195	156-234	197	158-236	193	154-232	U/mL
RF	类风湿因子 (胶乳免疫比浊法)	31.1	24.9-37.3	32.5	26.0-39.0	31.5	25.2-37.8	U/mL
CRP	C 反应蛋白 (胶乳免疫比浊法)	10.6	8.5-12.7	10.4	8.3-12.5	10.7	8.6-12.8	mg/L