

风湿三项质控品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
FSQ9Q1M	1mL×1	10421A11	2022.03.30

【使用说明】

液体质控品，可直接使用，使用完旋紧瓶盖并及时置于2-8℃避光保存，不可冷冻。
具体操作详见说明书。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
ASO	抗链球菌溶血素 O (胶乳免疫比浊法)	185	148-222	186	149-223	188	150-226	U/mL
RF	类风湿因子 (胶乳免疫比浊法)	30.9	24.7-37.1	31.0	24.8-37.2	30.4	24.3-36.5	U/mL
CRP	C 反应蛋白 (胶乳免疫比浊法)	10.2	8.2-12.2	10.8	8.6-13.0	10.4	8.3-12.5	mg/L